

Kirje

27.7.2023

VN/3004/2023
VN/3004/2023-STM-7

Safety Gate Rapex viikkoyhteenvedot, kesäkuu 2023

A12/01342/23

Suodattava puolinaamari **KN95/FFP2**, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen

[Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/safetygate/)

A12/01350/23

Suodattava puolinaamari **MZC-KZ Mezorison Health Science**, ei täytä EN149 standardin vaatimuksia.

Linkki ilmoitukseen

[Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/safetygate/)

A12/01393/23

Suodattava puolinaamari **FAGO F333 Famex FAGOMED**, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen

[Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/safetygate/)

Asiantuntija

Mika Piirainen

Jakelu

Tiimeri
Tyosuojelu.fi

Kopion saajat

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sosiaali- ja terveysministeriö

PL 33
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Meritullinkatu 8
Helsinki

Puhelin
Telefon
Telephone

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

02951 63415
+358 2951 63415

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

kirjaamo.stm@gov.fi
stm.fi