

STM:n tekemät henkilönsuojainten kieltopäätökset tammi-maaliskuu 2021

Sisällys

1.	Vaatimusten vastaiset hengityksensuojaimet FFP2/KN95 venttiilillä ja Hengityssuojain FFP2 KN95 , Seicotec Oy	3
2.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain KN95 Kasvomaski FFP2 , LP Lakkapää Oy	3
3.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Chenboshi FFP2 KN95 , PAL Finland Oy	3
4.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Shuyian FFP2 , Kioksi Oy/Medishop	4
5.	Vaatimusten vastainen visiiri Face Shield , Suomen Turvakauppa Oy	4
6.	Vaatimusten vastainen suojaviisiiri Kingbali Medical Face Shield , MedKit Finland Oy	4
7.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain KN95 Hengityssuojain (FFP2) , Suomen Apuvälinekauppa.fi Oy	4
8.	Vaatimusten vastainen visiiri Vitberg Mini Shield , Leeloo Oy.....	5
9.	Vaatimusten vastaiset visiirit Face Shield ja Sangallinen kasvosuoja , Lepistö-Group Oy.....	5
10.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain LIFAair LM991 KN95 , Oy Lifa Air Ltd	5
11.	Vaatimusten vastainen Kaira Kasvoviisiiri , Plast-Team Oy	6
12.	Vaatimusten vastainen KN95 hengityssuojain FFP2 , Nutrielixir Oy.....	6
13.	Vaatimusten vastainen hengityssuojain WS-1-4-ATB-1 , Lem-Kem Oy.....	6
14.	Vaatimusten vastaiset hengityksensuojaimet Baner FFP2 KN95 ja Baner BT-005 , Huippu Group Oy.....	6
15.	Vaatimusten vastaiset visiirit Face Shield 001 ja Face Shield LJMZ-01 , MedMedi Oy.....	7
16.	Vaatimusten vastaiset Visiiri V3 ja Visiiri V3 009051917 , Screentec Oy	7
17.	Vaatimusten vastainen visiiri Face Shield , Zalentum Oy Ab.....	7

18.	Vaatimusten vastainen hengityssuojain Castor KN95 venttiilillä, Castor ilman venttiiliä ja KN95 , Oy Scandic Trading House Ltd	8
19.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Kasvomaski KN95 HE-9501 , Transpen Oy	8
20.	Vaatimusten vastaiset hengityksensuojaimet Baner BT-005 kolme erilaista , Huippu Group Oy	8
21.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Disposable Protective Mask KN95 , Rawest Oy	9
22.	Vaatimusten vastainen visiiri Face Shield Direct Splash Protection LYM001 , LP Lakkapää Oy	9
23.	Vaatimusten vastainen TMK kokokasvisiiri Face Shield , VSL Tukku Oy	9
24.	Vaatimusten vastainen visiiri Vitberg Mini Shield , RCK Finland Oy	10
25.	Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Filtering Half Mask WDF703 , Kauppahuone Harju Oy	10

1. Vaatimusten vastaiset hengityksensuojaimet FFP2/KN95 venttiilillä ja Hengityssuojain FFP2 KN95, Seicotec Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 12.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/25872/2020 Seicotec Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojaimia Hengityssuojain FFP2/KN95 venttiilillä ja Hengityssuojain LP2020 FFP2, KN95** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta niitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojain **Hengityssuojain FFP2/KN95 venttiilillä** on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella. Linjauksen mukaisia suojaimia on saanut myydä vain ammattikäyttöön suojaamaan työntekijöitä koronavirukselta. Hengityksensuojain on ollut kenen tahansa saatavilla. Suojainta ei ole testattu ministeriön linjauksen edellyttämällä tavalla, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

Hengityksensuojain **Hengityssuojain LP2020 FFP2, KN95** on CE-merkitty ja saatettu siten markkinoille suojainasetuksen (EU) 2016/425 perusteella. Suojaimelle ei ole toimitettu EU-tyyppitarkastustodistusta, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

2. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain KN95 Kasvomaski FFP2, LP Lakkapää Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 12.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/24656/2020 LP Lakkapää Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta KN95 Kasvomaski FFP2** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojainten vaatimustenvastaisuudesta ja markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta tuotetta ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojain ei täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eikä Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimuksia. Tuotetta ei ole testattu asianmukaisella tavalla, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ei ole lainvoimainen.

3. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Chenboshi FFP2 KN95, PAL Finland Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 12.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/27160/2020 PAL Finland Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta Chenboshi FP2 KN95** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden vaatimustenvastaisuudesta ja markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta tuotetta ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojain on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella. Hengityksensuojainta ei ole

testattu ministeriön linjauksen edellyttämällä tavalla, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

4. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Shuyian FFP2, Kioksi Oy/Medishop

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 21.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/26377/2020 Kioksi Oy/Medishoptia luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta Shuyian FFP2** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta niitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojain on CE-merkitty, mutta se ei ole täyttänyt henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Tuotteelle ei ole toimitettu EU-tyyppitarkastustodistusta, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

5. Vaatimusten vastainen visiiri Face Shield, Suomen Turvakauppa Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 19.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/26126/2020 Suomen Turvakauppa Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiiriä Face Shield**. Yritys on poistanut tuotteen markkinoilta ja käytöstä vapaaehtoisesti.

Visiiri ei ole täyttänyt henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eikä Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimuksia.

Tuotetta ei ole testattu, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

6. Vaatimusten vastainen suoja visiiri Kingbali Medical Face Shield, MedKit Finland Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 14.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/25871/2020 MedKit Finland Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiiriä Kingbali Medical Face Shield** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojaimeen vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta sitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiirit on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella. Visiiriä ei ole testattu ministeriön linjauksen edellyttämällä tavalla, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

7. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain KN95 Hengityssuojain (FFP2), Suomen Apuvälinekauppa.fi Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 19.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/25717/2020 Suomen Apuvälinekauppa.fi Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta KN95 Hengityssuojain (FFP2)** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojaimeen vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta sitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojain on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella. Hengityksensuojainta ei ole

testattu ministeriön linjauksen edellyttämällä tavalla, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ei ole lainvoimainen.

8. Vaatimusten vastainen visiiri Vitberg Mini Shield, Leeloo Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 15.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/24407/2020 Leeloo Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiiriä Vitberg Mini Shield** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojaimen vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta tuotetta ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiiri ei täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Sille ei ole esitetty EU-tyyppitarkastustodistusta, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

9. Vaatimusten vastaiset visiirit Face Shield ja Sangallinen kasvosuoja, Lepistö-Group Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 19.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/22886/2020 Lepistö-Group Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiirejä Kasvovisiiri Face Shield ja Sangallinen kasvosuoja** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojaimen vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta tuotetta ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiirit eivät täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Niistä on puuttunut CE-merkintä eikä niille ei ole esitetty EU-tyyppitarkastustodistusta, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

10. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain LIFAir LM991 KN95, Oy Lifa Air Ltd

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 19.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/21543/2020 Oy Lifa Air Ltd:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta LIFAir LM991 KN95** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojaimen vaatimustenvastaisuudesta suojaainta muuhun käyttötarkoitukseen kuin työntekijöiden suojaamiseen ostaneita asiakkaita (takaisin veto).

Hengityksensuojain on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella, jonka vaatimukset täyttäviä henkilönsuojaimia on saanut käyttää Suomessa vain työntekijöiden suojaamiseen koronavirukselta. Lifa Air Oy on myynyt suojaainta myös muuhun tarkoitukseen, mm. kuluttajille, mikä ei ole ollut sallittua. Myynti työntekijöiden käyttöön on ollut sallittua 31.12.2020 saakka, mutta myynti on jatkunut myös tämän jälkeen. Takaisin veto on koskenut kaikkia 1.1.2021 alkaen myytyjä ja sitä ennen muuhun käyttötarkoitukseen kuin työntekijöiden suojaamiseen koronavirukselta myytyjä suojaaimia.

11. Vaatimusten vastainen Kaira Kasvovisiiri, Plast-Team Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 27.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/25873/2020 Plast-Team Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **Kaira kasvovisiiriä**. Yritys on poistanut visiirin markkinoilta ja käytöstä vapaaehtoisesti.

Visiiri ei ole täyttänyt henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eikä Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimuksia. Tuotetta ei ole testattu, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

12. Vaatimusten vastainen KN95 hengityssuojain FFP2, Nutrielixir Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 27.1.2021 antamallaan päätöksellä VN/25612/2020 Nutrielixir Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta KN95 hengityssuojain FFP2** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojaimen vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta sitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojain ei ole täyttänyt henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Se on CE-merkitty, mutta sille ei ole toimitettu EU-tyyppitarkastustodistusta. Tämän vuoksi ei ole ollut mahdollista varmistaa, että hengityksensuojain suojaaa käyttäjää tarkoitetulla tavalla. CE-merkinnän yhteydestä on puuttunut suojaimen laatua valvovan ilmoitetun tunniste, eikä suojaimelle ole toimitettu asiakirjoja, jotka osoittaisivat, että laadunvarmistus on järjestetty lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

13. Vaatimusten vastainen hengityssuojain WS-1-4-ATB-1, Lem-Kem Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 15.2.2021 antamallaan päätöksellä VN/1227/2021 Lem-Kem Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta WS-1-4-ATB-1**. Tulli on pysäyttänyt tuotteet rajalle.

Hengityksensuojain ei ole täyttänyt henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eikä Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimuksia.

14. Vaatimusten vastaiset hengityksensuojaimet Baner FFP2 KN95 ja Baner BT-005, Huippu Group Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 9.2.2021 antamallaan päätöksellä VN/718/2021 Huippu Group Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojaimia Baner FFP2 KN95 (venttiilitön) ja Baner BT-005 (venttiilillä)** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta niitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Molemmat hengityksensuojaimet on CE-merkitty. Niille on esitetty yksi EU-tyyppitarkastustodistus, jossa on viittaus mallimerkintään BT-005. Todistuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, millaista suojainta se koskee, venttiilitöntä vai venttiilillistä. Tämän vuoksi ei ole ollut mahdollista varmistaa, että hengityksensuojaimet suojaavat tarkoitetulla tavalla.

15. Vaatimusten vastaiset visiirit Face Shield 001 ja Face Shield LJMZ-01, MedMedi Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 2.2.2021 antamallaan päätöksellä VN/25387/2020 MedMedi Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiirejä Face Shield 001 ja Face Shield LJMZ-01 01** ja asettanut velvoitteen tiedottaa visiirin **Face Shield 001** vaatimustenvastaisuudesta ja käytöstä poistamisesta sitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiirit on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella. Linjauksen mukaisia suojaimia on saanut myydä vain ammattikäyttöön suojaamaan työntekijöitä koronavirukselta.

Visiiri Face Shield 001 ei ole testattu ministeriön linjauksen edellyttämällä tavalla, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

Visiiri Face Shield LJMZ-01 on CE-merkitty ja EU-tyyppitarkastettu. Visiirissä olleet turvallista käyttöä koskevat tekstit ovat olleet vain englannin kielellä, kun niiden on oltava suomeksi ja ruotsiksi.

Visiirissä Face Shield LJMZ-01 todetut puutteet on myöhemmin korjattu ja ministeriö on poistanut markkinoille- ja käyttöön luovuttamiskiellon korjattujen tuotteiden osalta 12.3.2021.

16. Vaatimusten vastaiset Visiiri V3 ja Visiiri V3 009051917, Screentec Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 16.2.2021 antamallaan päätöksellä VN/1740/2021 Screentec Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **Visiiriä V3 (Screentec Visiiri) ja Visiiriä V3 00951917** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta niitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiirit V3 (Screentec Visiiri), joiden kasvo-osan paksuus on 0,175 mm, ja osa niistä, joiden kasvo-osan paksuus on 0,3 mm, eivät täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eivätkä Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimuksia. Linjauksen vaatimukset täyttäviä visiirejä on myyty linjauksen vastaisesti myös muuhun käyttöön kuin työntekijöiden suojaamiseksi koronavirukselta, esim. kuluttajille, ja myös niille on velvoitettu tekemään takaisin veto.

CE-merkitty **Visiiri V3 00951917** ei täytä suojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Visiiriä ei ole EU-tyyppitarkastettu, joten sen suojausominaisuuksia ei ole varmistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

17. Vaatimusten vastainen visiiri Face Shield, Zalentum Oy Ab

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 15.2.2021 antamallaan päätöksellä VN/27219/2020 Zalentum Oy Ab:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiiriä Face Shield** ja asettanut velvoitteen tiedottaa sen markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta sitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiiri ei täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eikä Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimuksia. Visiirin merkinnät eivät ole tiedossa, joten ei ole ollut mahdollista varmistaa, että esitetty EU-tyyppi-tarkastustodistus koskee kyseistä tuotetta. Visiirin suojausominaisuuksia ei ole ollut mahdollista varmistaa.

18. Vaatimusten vastainen hengityssuojain Castor KN95 venttiilillä, Castor ilman venttiiliä ja KN95, Oy Scandic Trading House Ltd

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 16.2.2021 antamallaan päätöksellä VN/26475/2020 Oy Scandic Trading House Ltd:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojaimia Castor KN95 venttiilillä, Castor KN95 ilman venttiiliä ja KN95** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta niitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojaimet on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella. Hengityksensuojaimia ei ole testattu ministeriön linjauksen edellyttämällä tavalla, joten niiden suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ei ole lainvoimainen.

19. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Kasvomaski KN95 HE-9501, Transpen Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 27.2.2021 antamallaan päätöksellä VN/27864/2020 Transpen Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta Kasvomaski KN95 HE-9501** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta niitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Hengityksensuojain on saatettu markkinoille Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen perusteella. Hengityksensuojainta ei ole testattu ministeriön linjauksen edellyttämällä tavalla, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös ei ole lainvoimainen.

20. Vaatimusten vastaiset hengityksensuojaimet Baner BT-005 kolme erilaista, Huippu Group Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 8.3.2021 antamallaan päätöksillä VN/4084/2021 ja VN/4161/2021 Huippu Group Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojaimia venttiilitön Baner BT-005 korvalenkeillä, venttiilitön Baner BT-005 päänauhastolla ja venttiilillinen Baner BT-005 korvalenkeillä**. Tulli on pysäyttänyt suojaimet rajalle.

Hengityksensuojaimet eivät täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Niille on esitetty yksi EU-tyyppitarkastustodistus, jossa on viittaus mallimerkintään BT-005. Sen laatineen ilmoitetun laitoksen antamien tietojen mukaan EU-tyyppitarkastustodistus ei kuitenkaan koske Suomeen tuotuja malleja, vaikka niiden mallimerkintä on sama. Tämän vuoksi ei ole ollut mahdollista varmistaa, että hengityksensuojaimet suojaavat tarkoitetulla tavalla.

21. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Disposable Protective Mask KN95, Rawest Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 10.3.2021 antamallaan päätöksellä VN/3203/2021 Rawest Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta Disposable Protective Mask KN95**. Tulli on pysäyttänyt tuotteet rajalle.

Hengityksensuojain ei ole täyttänyt henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Suojaimessa ei ole ollut CE-merkintää. Sille ei ole esitetty EU-tyyppitarkastustodistusta, joten suojausominaisuuksia ei ole varmistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

22. Vaatimusten vastainen visiiri Face Shield Direct Splash Protection LYM001, LP Lakkapää Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 10.3.2021 antamallaan päätöksellä VN/2633/2021 LP Lakkapää Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiiriä Face Shield Direct Splash Protection LYM001** ja asettanut velvoitteen tiedottaa sen markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta sitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiiri ei täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 eikä Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen vaatimuksia. Visiirin vaatimustenmukaisuudesta ei ole toimitettu selvityksiä, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

23. Vaatimusten vastainen TMK kokokasvisiiri Face Shield, VSL Tukku Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 10.3.2021 antamallaan päätöksellä VN/527/2021 VSL Tukku Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiiriä TMK kokokasvisiiri Face Shield (Protective Isolation Mask)** ja asettanut velvoitteen tiedottaa niiden markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta niitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiirille toimitetun aineiston perusteella tuote on CE-merkitty, mutta se ei ole täyttänyt henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Tuotteelle ei ole toimitettu EU-tyyppitarkastustodistusta, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

24. Vaatimusten vastainen visiiri Vitberg Mini Shield, RCK Finland Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 11.3.2021 antamallaan päätöksellä VN/1716/2021 RCK Finland Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **visiiriä Vitberg Mini Shield** ja asettanut velvoitteen tiedottaa suojaimen markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja käytöstä poistamisesta sitä ostaneille asiakkaille (takaisin veto).

Visiiri ei täytä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia. Sille ei ole esitetty EU-tyyppitarkastustodistusta, joten sen suojausominaisuuksia ei ole voitu varmistaa.

25. Vaatimusten vastainen hengityksensuojain Filtering Half Mask WDF703, Kauppahuone Harju Oy

Sosiaali- ja terveysministeriö on kieltänyt 22.3.2021 antamallaan päätöksellä VN/5114/2021 Kauppahuone Harju Oy:tä luovuttamasta markkinoille tai käyttöön **hengityksensuojainta Harju WDF703**.

Hengityksensuojaimesta puuttuu valmistajan tunniste. Hengityksensuojaimelle esitetty EU-tyyppitarkastustodistus ei koske Harju-merkkistä suojainta. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on englannin kielellä, kun sen on oltava suomeksi ja ruotsiksi, eikä se koske Harju-merkkistä suojainta.