

Kirje

24.5.2022

VN/1532/2022

VN/1532/2022-STM-1

EU:n ilmoitukset vaarallisista tuotteista: Tammikuu 2022

Suodattava puolinaamari, malli Protective Mask KN95, testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005167>

Suodattava puolinaamari DuoYou, malli DY-9, testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004968>

Suodattava puolinaamari UNIMED Union Medikal, malli AYC 300V FFP3 NR, testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005139>

Hengityssäädin XDEEP, malli NX700. Ensimmäisten vaiheiden normaalin vuosihuollon yhteydessä on havaittu joissakin NX700-hengityssäätimissä merkkejä kalvon normaalia nopeammasta kulumisesta. Kulumisen vaikutusta hengityssäätimen käyttöön on vaikea määrittää, joten talouden toimija on esittänyt huoltokutsun. Huoltokutsu koskee NX700-hengityssäätimiä, jotka on valmistettu toukokuun 2019 ja marraskuun 2021 välisenä aikana.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005291>

Erityisasiantuntija

Minna Salminen

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Sosiaali- ja terveysministeriö

PL 33
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Meritullinkatu 8
Helsinki

Puhelin
Telefon
Telephone

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

02951 63415
+358 2951 63415

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

kirjaamo.stm@gov.fi
stm.fi

Liitteet

Jakelu Tiimeri
Tyosuojelu.fi

Tiedoksi